

## **СИДІННЯ ДЛЯ ВАННИ, СИДІННЯ ДЛЯ ДУШУ** (код згідно з ISO 9999 - 09 33 03)

### **ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ**

Забезпечення зручного та стійкого положення під час миття

### **ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ**

- ◆ **R54** Старість
- ◆ **Z50.8** Лікування, яке включає інші види реабілітаційних процедур
- ◆ **Z54.0** Стан одужання після хірургічного втручання
- ◆ **Z54.8** Стан одужання після іншого лікування
- ◆ **Z74.1** Потреба в допомозі при самообслуговуванні
- ◆ **Z99.8** Залежність від допоміжних механізмів та пристроїв

## **СХІДЦІ, ПІДСТАВКИ ДО ВАНН** (код згідно з ISO 9999 - 09 33 03)

### **ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ**

Забезпечення зручності користування ванною

### **ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ**

- ◆ **R54** Старість
- ◆ **Z50.8** Лікування, яке включає інші види реабілітаційних процедур
- ◆ **Z54.0** Стан одужання після хірургічного втручання
- ◆ **Z54.8** Стан одужання після іншого лікування
- ◆ **Z74.1** Потреба в допомозі при самообслуговуванні
- ◆ **Z99.8** Залежність від допоміжних механізмів та пристроїв

## **ТАБУРЕТИ, СИДІННЯ(СТІЛЬЦІ)** (код згідно з ISO 9999 - 09 33 03)

### **ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ**

Забезпечення зручності під час миття у ванних кімнатах, задоволення природних потреб

### **ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ**

- ◆ **R54** Старість
- ◆ **Z47** Інші види наступної ортопедичної допомоги
- ◆ **Z50.8** Лікування, яке включає інші види реабілітаційних процедур
- ◆ **Z54.0** Стан одужання після хірургічного втручання
- ◆ **Z54.7** Стан одужання після комбінованого лікування

## **УМИВАЛЬНИКИ НА КОЛЕСАХ ТА БЕЗ КОЛІС** (код згідно з ISO 9999 - 09 33 03)

### **ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ**

Забезпечення зручності під час умивання, миття

### **ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ**

- ◆ **R54** Старість
- ◆ **Z47** Інші види наступної ортопедичної допомоги
- ◆ **Z50.8** Лікування, яке включає інші види реабілітаційних процедур
- ◆ **Z54.0** Стан одужання після хірургічного втручання
- ◆ **Z54.7** Стан одужання після комбінованого лікування

ОД.4.1

ОД.4.2

ОД.4.3

ОД.4.4

**СИДІННЯ ДЛЯ ВАННИ, СИДІННЯ ДЛЯ ДУШУ**  
(код згідно з ISO 9999 - 09 33 03)

**Сидіння для ванни, сидіння для душі**  
**БАЗОВІ**

**ОД.4.1**



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10

**Опис конструкції**

Сидіння для ванни(душі) складаються з рами зі сталі або алюмінієвого сплаву та сидіння зі спинкою (або без спинки), яке виготовляють з деревини або полімерних матеріалів

Н	L	B			Особливості конструкції	Модель/ Виробник
<b>1</b> <b>ОД.4.1.1-1.3-2-2</b>						
200	370	630-730	100	4,7	ширина регулюється має сидіння та спинку з деревини рама - зі сталі	СВ-1 (8ММ.14)/ Харківське КЕПОП
<b>2</b> <b>ОД.4.1.1-1.4-2-2</b>						
350	385	630-730	100	4,2	ширина регулюється має сидіння та спинку з полімерних матеріалів рама - зі сталі	СВ-2 (8ММ.33)/ Харківське КЕПОП
325-380	365	700-840	100	4,0		СтД-02-02/ ТОВ «ВК «Діспомед»
<b>3</b> <b>ОД.4.1.1-1.4-2-1</b>						
170	370	710-850	100	2,0	ширина регулюється спинка відсутня, сидіння з полімерних матеріалів рама - зі сталі	СтД-02-01/ ТОВ «ВК «Діспомед»
<b>4</b> <b>ОД.4.1.1-1.3-2-1</b>						
77	710	340	100	1,3	ширина регулюється спинка відсутня сидіння з деревини рама - зі сталі	Стоїк-14 НМ 013 (8ММ.26)/ ФОП «Скочилов»
<b>5</b> <b>ОД.4.1.1-1.4-1-1</b>						
260	390	690	100	2,3	ширина не регулюється спинка відсутня сидіння з полімерних матеріалів рама - зі сталі	Стоїк-14 НМ 064 (8ММ.27)/ ФОП «Скочилов»
180	225	745	100	1,7		8ММ.42.01/ ТОВ «СЛЛтаР»
<b>6</b> <b>ОД.4.1.1-2.4-1-1</b>						
190	230	745	100	1,4	ширина не регулюється спинка відсутня сидіння з полімерних матеріалів рама - з алюмінієвого сплаву	СтД-02/ ТОВ «ВК «Діспомед»
<b>7</b> <b>ОД.4.1.1-1.3-1-2</b>						
295	430	697	120	3,7	ширина не регулюється має сидіння та спинку з деревини рама - зі сталі	Стоїк 51-026/ ФОП «Скочилов»
<b>8</b> <b>ОД.4.1.1-1.4-1-2</b>						
475	447	710	100	3,97	ширина не регулюється має сидіння та спинку з полімерних матеріалів рама - зі сталі	СВС-3.1.0/ ТОВ «Норма-Трейд»
<b>9</b> <b>ОД.4.1.2-1.4-1-1</b>						
185	450	414	80	4,8	ширина не регулюється; спинка відсутня сидіння з полімерних матеріалів рама - зі сталі	ДС-5.1.2/ ТОВ «Норма-Трейд»
<b>10</b> <b>ОД.4.1.2-1.4-1-2</b>						
602	450	414	80	5,9	ширина не регулюється має сидіння та спинку з полімерних матеріалів рама - зі сталі	ДСС-5.1.2/ ТОВ «Норма-Трейд»

**СХІДЦІ, ПІДСТАВКИ ДО ВАНН**  
(код згідно з ISO 9999 - 09 33 03)

**ОД.4.2**

**Східці, підставки до ванн**  
**БАЗОВІ**



1



2

**Опис конструкції**

Східці складаються з рами, до якої кріпляться сходинки з деревини або полімерних матеріалів.



Можуть мати поручень

Н	L	В	 (kg)	 (kg)	Особливості конструкції	Модель/ Виробник
<b>ОД.4.2.1</b>						
195	415	360	120	2,0	одна сходинка	Стоїк 51-066/ ФОП «Скочилов»
280	500	405	120	2,6	дві сходинки	9ММ.09/ ТОВ «СЛТаР»
320	520	410	130	3,4		Стоїк-14 НМ 014 (8ММ.19)/ ФОП «Скочилов»
<b>ОД.4.2.2</b>						
1100	370	790	100	5,85	дві сходинки	Стоїк-14 НМ 014п (8ММ.20)/ ФОП «Скочилов»
990	418	360	120	3,4	одна сходинка	Стоїк 51-076/ ФОП «Скочилов»



**Опис конструкції**

Підставка до ванни складається з рами зі сталі або алюмінієвого сплаву та поверхні з полімерних матеріалів або поверхні, виконаної з поперекових перекладин

Н	L	В	 (kg)	 (kg)	Особливості конструкції	Модель/ Виробник
<b>ОД.4.2.3</b>						
225	400	300	100	2,3	—	ПВ-2 (9ММ.07)/ Харківське КЕПОП
185	370	415	120	3,4		СОБ-3.1.0/ ТОВ «Норма-Трейд»

**ТАБУРЕТИ, СИДІННЯ(СТІЛЬЦІ)**  
(код згідно з ISO 9999 - 09 33 03)

**ОД.4.3**

**Табурети**  
**БАЗОВІ**



1



2



3



4



5



7

**Опис конструкції**

Табурети складаються з рами зі сталі або алюмінієвого сплаву, сидіння з полімерних матеріалів, підлокітників (або без них). Може мати виріз для гігієнічних процедур

Н	L	В	 (kg)	 (kg)	Особливості конструкції	Модель/ Виробник
<b>1</b> <b>ОД.4.3.1-2.4-1-1-2</b>						
190	230	740	100	1,35	підлокітники та виріз відсутні висота регулюється рама - з алюмінієвого сплаву	СГД-03/ ТОВ «ВК «Діспомед»
<b>2</b> <b>ОД.4.3.1-2.4-1-2-2</b>						
430- 530	470- 490	480	100	1,9	підлокітники відсутні має виріз висота регулюється рама - з алюмінієвого сплаву	СГД-03-01/ ТОВ «ВК «Діспомед»
<b>3</b> <b>ОД.4.3.1-1.4-1-1-1</b>						
430	460	500	100	4,5	підлокітники та виріз відсутні висота не регулюється рама - зі сталі	СД-2.1.0/ ТОВ «Норма-Трейд»
<b>4</b> <b>ОД.4.3.1-1.4-1-2-1</b>						
430	460	500	100	4,4	підлокітники відсутні має виріз висота не регулюється рама - зі сталі	СДВ-2.1.0/ ТОВ «Норма-Трейд»
<b>5</b> <b>ОД.4.3.1-1.4-1-2-2</b>						
400- 505	460	500	100	4,8	підлокітники відсутні має виріз висота регулюється рама - зі сталі	СДВ-1.1.0/ ТОВ «Норма-Трейд»
<b>6</b> <b>ОД.4.3.1-1.4-2-1-2</b>						
570- 675	460	550	100	6,1	має підлокітники виріз відсутній висота регулюється рама - зі сталі	СДр-1.1.0/ ТОВ «Норма-Трейд»
<b>7</b> <b>ОД.4.3.1-1.4-2-1-1</b>						
600	460	550	100	5,7	має підлокітники виріз відсутній висота не регулюється рама - зі сталі	СДр-2.1.0/ ТОВ «Норма-Трейд»
<b>8</b> <b>ОД.4.3.1-1.4-2-2-1</b>						
600	460	617	100	5,5	має підлокітники має виріз висота не регулюється рама - зі сталі	СДрВ-2.1.0/ ТОВ «Норма-Трейд»

**ТАБУРЕТИ, СИДІННЯ(СТІЛЬЦІ)**  
(код згідно з ISO 9999 - 09 33 03)

**ОД.4.3**

**Стільці**  
**БАЗОВІ**



**1**



**2**



**3**

**Опис конструкції**

Стільці складаються з рами зі сталі або алюмінієвого сплаву, сидіння та спинки з полімерних матеріалів, підлокітників (або без них).  
Може мати виріз для гігієнічних процедур

Н	L	B			Особливості конструкції	Модель/ Виробник
<b>1</b> <b>ОД.4.3.2-1.4-2-1-1</b>						
820	530	530	100	9,25	має підлокітники виріз відсутній висота не регулюється рама - зі сталі	СтК-1 (2ММ.07)/ Харківське КЕПОП
<b>2</b> <b>ОД.4.3.2-1.4-2-1-2</b>						
760- 860	485	520	100	4,0	має підлокітники виріз відсутній висота регулюється рама - зі сталі	СтД-08/ ТОВ «ВК «Діспомед»
<b>3</b> <b>ОД.4.3.2-1.2.4-2-2-2</b>						
730- 830	560	470	100	5,1	має підлокітники та виріз висота регулюється рама - зі сталі та алюмінієвого сплаву	СтД-09/ ТОВ «ВК «Діспомед»

**УМИВАЛЬНИКИ НА КОЛЕСАХ ТА БЕЗ КОЛІС  
(код згідно з ISO 9999 - 09 33 03)**



**ОД.4.4**

**Умивальники на колесах  
БАЗОВІ**



**Опис конструкції**

Складається з трубчастої основи з трьома або чотирма колесами та раковини, що регулюється за висотою, умивальника та ємності, з'єднаної з раковиною шлангом

Н	L	В			Особливості конструкції	Модель/ Виробник
<b>ОД.4.4.1</b>						
1190-1340	850	400	20 (на раковину)	18,8	—	УП-1 (4ММ.01)/ Харківське КЕПОП
1420	840	625	20 (на раковину)	10,5		УП-2 (4ММ.02)/ Харківське КЕПОП
1300-1500	800	400	80	26,0		УМН-1.1.0/ ТОВ «Норма-Трейд»



## СИСТЕМА ШИФРУВАННЯ КРИСЕЛ-СТІЛЬЦІВ ОД.3.1

**В залежності від конструктивних та інших ознак шифр крісел-стілців складається з 8 знаків:**

### **Умовне позначення виробу: ОД.3.1-1-2-3-4-5-6-7-8**

<b>1 знак</b> за віковою ознакою	<b>2 знак</b> за кількістю коліс	<b>3 знак</b> за наявністю та можливістю складання підлокітників	<b>4 знак</b> за видом рами та способом складання	<b>5 знак</b> за видом матеріалу рами	<b>6 знак</b> за можливістю регулювання висоти	<b>7 знак</b> за наявністю пристосувань та опорядження	<b>8 знак</b> за видом та регулюванням підніжки
<b>1</b> - для дорослих	<b>0</b> - колеса відсутні	<b>0</b> - підлокітники відсутні	<b>1</b> - не складані	<b>1</b> - алюмінієвий сплав	<b>0</b> - не регулюється за висотою	<b>0</b> - пристосування або опорядження відсутні	<b>0</b> - підніжка відсутня
<b>2</b> - для дітей	<b>1</b> - з 4-ма колесами	<b>1</b> - підлокітники фіксовані	<b>2</b> - складані	<b>2</b> - сталь	<b>1</b> - регулюється за висотою	<b>1</b> - гальма запобіжні	<b>1</b> - знімна підніжка
		<b>2</b> - підлокітники відкидаються або опускаються		<b>3</b> - деревина		<b>2</b> - біоугалетний блок	<b>2</b> - регулюється за висотою
				<b>4</b> - полімерні матеріали		<b>3</b> - м'яке сидіння	<b>3</b> - з відкидною суцільною опорою для стоп
				<b>5</b> - інші матеріали		<b>4</b> - м'яка спинка	<b>4</b> - з відкидною складаною опорою для стоп
							<b>5</b> - фіксована підніжка